

簡易公募型競争見積のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型競争見積を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 7年10月10日

宇治市長 松村 淳子
(担当課：契 約 課)

記

品名	デジタル酸素・二酸化炭素濃度チェッカー16台		
納品場所	宇治市立伊勢田小学校ほか3校		
納入期限	令和8年1月30日		
物品概要及び条件	デジタル酸素・二酸化炭素濃度チェッカーの購入		
予 定 価 格	¥562,500 (税込)	最低制限価格	無
見積参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録（京都府内本店・支店・営業所）			
見積参加表明書の受付			
提出期限 令和7年10月24日(金) 午前 11時 00分 まで 提出場所 宇治市役所 3階 契約課 見積箱 添付資料 見積書を同時に提出すること			
見積予定	予定日 令和7年10月24日(金) 午前 11時 00分 まで 場 所 宇治市役所 3階 契約課		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	参加表明書と見積書は同一の封筒に封入し、その封筒には、案件名、商号又は名称を記載してください。 見積書は、契約課カウンターにある見積箱に投函してください。 封筒のサイズは見積箱の投函口（130mm）に入るものとしてください（長形3号封筒など）。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

デジタル酸素・二酸化炭素濃度チェッカー 16台 仕様書

1. 品 名 デジタル酸素・二酸化炭素濃度チェッカー

2. 数量・納品場所

納品場所	数量
伊勢田小学校	1
西大久保小学校	1
平盛小学校	6
宇治小学校	8

3. 納入期限 令和8年1月30日

ただし、納入可能となり次第、なるべく早期に納入することとする。

4. 規格・仕様

規格・仕様
測定範囲：酸素/5.0～50.0%、二酸化炭素/0.04～99.9%、気温/0.0～50.0℃、湿度/0.0～95.0%RH、分解能：酸素/0.1%、二酸化炭素/0.01%（0.04～9.99%）、0.1%（10.0～99.9%）、気温/0.1℃、湿度/0.1%RH 大きさ：本体/80（W）×110（D）×30（H）mm 程度※突起部を除く、センサープローブ/50（L）×16（D）×13（t）mm 程度 ケーブル長：約70cm、電源：単3形乾電池2本 センサー：酸素/空気亜鉛電池式、二酸化炭素/熱伝導式 空気亜鉛電池寿命：本体電源が入っていた時間の合計で延べ約30時間。または表面シールをはがしてから約1か月（無使用の場合） 機能：画面表示切り替え（酸素と二酸化炭素/酸素のみ/二酸化炭素のみ）、気温・湿度表示モード、オートパワーオフ（1時間）、オーバーレンジ表示、電池交換表

示（本体電池、空気亜鉛電池）

付属品：センサー保持具、ミニドライバ、空気亜鉛電池 PR44（センサー用）6 個

5. 参考商品

メーカー/品番・型番
ヤガミ/6397800（YDC-G）

規格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上のものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は令和 7 年 10 月 16 日（木）午後 5 時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

6. その他

- ・支払は、商品納入後、請求に基づき一括で行う。
- ・納入検査時に欠損等がある場合には、迅速な対応（新品への交換等）を行うこと。
- ・契約後速やかに、各備品についての単価を通知すること。