

簡易公募型競争見積のお知らせ

下記の案件について、簡易公募型競争見積を行いますのでお知らせします。参加を希望される方は、宇治市公募型指名競争入札(見積)実施要領、宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準、宇治市競争入札心得を熟読、承知のうえ、参加を申し込んで下さい。

令和 8年 1月16日

宇治市長 松村 淳子
(担当課：契 約 課)

記

品名	歯科診療用給気機一式		
納品場所	うじ安心館 5 階 歯科診療室内		
納入期限	令和8年2月28日		
物品概要及び条件			
予 定 価 格	¥794,000 (税込)	最低制限価格	無
見積参加者に必要な資格・条件			
参加資格者名簿登録			
見積参加表明書の受付			
提出期限 令和8年1月30日(金) 午前 11時 00分 まで 提出場所 宇治市役所 3 階 契約課 見積箱 添付資料 見積書を同時に提出すること。			
見積予定	予定日 令和8年1月30日(金) 午前 11時 00分 まで 場 所 宇治市役所 3 階 契約課		
前 払 金	無	部 分 払	無
消費税の扱い	消費税及び地方消費税を含んだ金額で行うこと		
そ の 他	参加表明書と見積書は同一の封筒に封入し、その封筒には、案件名、商号又は名称を記載してください。 見積書は、契約課カウンターにある見積箱に投函してください。 封筒のサイズは見積箱の投函口（130mm）に入るものとしてください（長形 3 号封筒など）。 別紙「商品提案についての注意事項」を熟読してください。		

予定価格を超過して入札した者の取扱いについて

- 本件の入札において予定価格を超過して入札をした者は、本件の落札者が決定せず、再発注を行う際には指名しない場合があります。
- 入札辞退者に不利益を課すことはありません。

商品提案についての注意事項

参考商品以外の商品で見積もる（納入希望）場合には、仕様書に記載されている期日までに必ず商品提案を行い、宇治市の了解を得てください。商品提案が無い場合や提案商品が参考商品と同等と認められない場合には、参考商品で見積、納入していただくことになります。

仕様書に記載の規格・仕様等の内容が商品提案の資料から確認できない場合、提案商品を同等商品として認めないことがありますのでご注意ください。

仕様書

1. 品名

歯科診療用給気機一式

2. 数量

1 式

3. 納入場所

うじ安心館 5 階 歯科診療室内

4. 納入期限

令和 8 年 2 月 2 8 日（準備でき次第納品すること）

5. 更新機器規格・仕様

①コンプレッサー本体（無給油式）

- ・ 電源： 単相 100V
- ・ 定格出力： 0.75kW
- ・ 吐出空気量： 85 L/min (50Hz) / 100 L/min (60Hz)
- ・ 最高圧力： 0.8 MPa (0.6MPa-0.8MPa)
- ・ 空気タンク容積： 26 L
- ・ 騒音値： 48 dB(A) (50Hz) / 50 dB(A) (60Hz)

②フィルタレギュレータ

- ・ 管接続口径： Rc3/8
- ・ ろ過度： 5 μ m
- ・ 設定圧力範囲： 0.05～0.85 MPa

③ドレントラップ（シングル）

- ・ コンプレッサー本体及びフィルタレギュレータに適合するもの

④エアドライヤ（冷凍式エアドライヤ）

- ・ 電源： 単相 100V

- ・ 出力：0.18kW／0.2kW
- ・ 入口空気温度範囲：5～50℃
- ・ 入口空気圧力：0.15～1.0Mpa
- ・ 処理空気量：0.32～0.37 m³/min
- ・ 凝縮器：空冷式

6. 参考商品

コンプレッサー本体：：日立 PO-0.75LESN (100V)

フィルタレギュレータ： SMC AW40-03CE

ドレントラップ：フクハラ シングル 0-1E

エアドライヤ：アクロス Lab-22

規格・仕様を満たし、参考商品と同程度以上のものであれば参考商品以外の商品でも可とするので、参考商品以外の商品で見積もる場合は令和8年1月22日（木）午後5時までに規格・仕様の確認できる書類を提出すること。複数の商品提案も可とするが、上記期限以降の再提案は認めない。

7. 支払い

物品の引き渡し完了後、請求に基づき一括で行う。

8. 注意事項

- (1) 納品日は担当課と調整すること。
- (2) 既存機器の撤去・廃棄、納入機器の搬入・設置・調整にかかる費用、出張費及び代替機の貸出費を含むものとする。
- (3) 設置完了後、現地において操作説明を行うこと。
- (4) 納入後に故障等が発生した場合、迅速な対応（修理）が可能であること。